

# СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение и область применения .....	3
2 Технические характеристики .....	4
3 Состав прибора .....	5
4 Устройство и принцип работы прибора .....	5
4.1 Принцип работы.....	5
4.2 Устройство .....	6
4.3 Клавиатура .....	9
4.4 Режимы работы .....	10
4.5 Система меню прибора.....	10
4.6 Режим измерений.....	17
4.7 Память результатов.....	24
5 Указание мер безопасности .....	24
6 Использование по назначению.....	25
6.1 Включение прибора.....	25
6.2 Подготовка прибора к работе.....	25
6.3 Выполнение измерений.....	29
6.4 Завершение испытания.....	32
6.5 Вывод результатов на компьютер.....	32
7 Техническое обслуживание и эксплуатация.....	33
8 Маркировка и пломбирование.....	36
9 Правила хранения и транспортирования .....	36
10 Гарантийные обязательства.....	37
11 Комплектность .....	38
Приложение А Программа связи прибора с компьютером .....	39
Приложение Б Вспомогательное оборудование	54

Руководство по эксплуатации содержит сведения о принципе действия, конструкции, технические характеристики, описание методов измерения, поверки, оценки измеряемых величин и другие сведения, необходимые для эксплуатации измерителя контракции (объёмных деформаций) цемента ЦЕМЕНТ-ПРОГНОЗ.

Эксплуатация прибора допускается только после изучения настоящего руководства.

## **ОПИСАНИЕ И РАБОТА ПРИБОРА**

### **1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

1.1 Измеритель контракции (объёмных деформаций) цемента ЦЕМЕНТ-ПРОГНОЗ модификации ЦЕМЕНТ-ПРОГНОЗ-2 (далее – прибор) предназначен для измерения объёмных деформаций (контракции) цемента и прогноза его активности по контракции согласно методикам измерения МИ 2486-98 и МИ 2487-98.

Контракция – непосредственно измеряемая величина уменьшения во времени абсолютного объема цементного материала в результате гидратации цемента.

Результаты определения контракции цемента могут быть использованы при определении морозостойкости, прочности и водонепроницаемости цементных материалов по МИ 2488-98, МИ 2489-98, МИ 2625-00.

Применяется для оперативного контроля качества цемента при технологических процессах изготовления бетона, в строительстве бетонных и железобетонных конструкций.

Приборы выпускаются с ёмкостными датчиками измерений объёмных деформаций двух исполнений:

- исполнение 1 – ёмкостной датчик с диапазоном измерения объёмных деформаций от 0 до 5 мл;
- исполнение 2 – ёмкостной датчик с диапазоном измерения объёмных деформаций от 0 до 20 мл.

Для исследования процессов структурообразования при твердении цементного теста используется комплект датчиков удельного сопротивления и температуры цементного теста (комплект поставляется по заказу).

1.2 Рабочие условия эксплуатации: температура окружающего воздуха ( $20 \pm 5$ ) °С, относительная влажность воздуха при плюс 35 °С и ниже без конденсации влаги до 80 %, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

Во время проведения испытаний, измерительная камера не должна испытывать прямого воздействия солнечных лучей и вибрации.

1.3. Прибор соответствует обыкновенному исполнению изделий третьего порядка по ГОСТ Р 52931-08.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений объёмных деформаций, мл

- исполнение 1 от 0 до 5
- исполнение 2 от 0 до 20

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения объёмных деформаций, мл

- в диапазоне от 0 до 5 мл  $\pm 0,1$
- в диапазоне от 0 до 20 мл  $\pm 0,2$

Дискретность измерения объёмных деформаций, мл 0,01

Питание прибора от двух аккумуляторов типа АА с напряжением, В (с индикацией разряда батареи питания)	2,5 ± 0,5
Потребляемая мощность, Вт, не более	0,2
Масса прибора, кг, не более	9,0
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм, не более	
– блок электронный	151 x 81 x 32
– камера измерительная	220x300x140
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	6000
Средний срок службы, лет, не менее	10

### **3 СОСТАВ ПРИБОРА**

3.1 Блок электронный.

3.2 Камера измерительная со стаканом – от 1 до 3 шт. (по заказу).

3.3 Коробка соединительная (при заказе более одной камеры).

3.4 Комплект датчиков (по заказу).

### **4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП**

#### **РАБОТЫ ПРИБОРА**

##### **4.1 Принцип работы**

Принцип работы прибора состоит в измерении уменьшения объема воды в герметично закрытой и заполненной водой измерительной камере, внутрь которой предварительно помещен стакан с пробой испытываемого материала (цементного

теста). Уменьшение объема воды равно контракции  $\Delta V$  (мл, см<sup>3</sup>) материала и происходит во времени. Об изменении объема судят по изменению уровня столба жидкости в вертикальном емкостном датчике. Активность  $R$  (МПа) цемента, согласно методикам МИ 2486-98 и МИ 2487-98, определяют по контракции  $\Delta V_0$  пробы материала массой 1000 г за первые 3 часа твердения после затворения водой, поэтому длительность экспресс испытания по оценке активности цемента составляет не более трех часов.

#### 4.2 Устройство

Прибор состоит (рисунок 1) из электронного блока 1, измерительной камеры 2 и стакана 3, со съемным дном.

*Электронный блок* имеет на лицевой панели 12-ти клавишную клавиатуру 4 и графический дисплей 5. В верхней торцевой части корпуса установлен восьмиконтактный разъем 6 для подключения измерительной камеры, а рядом расположен USB-разъем 7 для связи с компьютером и передачи данных в сервисную программу с целью более детальной обработки полученной информации, подготовки отчета и архивированию результатов. Разъем USB также используется для подключения внешнего блока питания при проведении длительных испытаний и зарядке аккумуляторов. При необходимости доступ к аккумуляторам осуществляется через крышку батарейного отсека на нижней стенке корпуса.




Рисунок 1- Общий вид прибора исполнения 2  
(диапазон измерения от 0 до 20 мл)

\* - в приборе и исполнении 1 (диапазон измерения от 0 до 5 мл) указанные элементы отсутствуют

*Измерительная камера* выполнена в виде прямоугольного контейнера, в который помещается стакан 3 с пробой испытуемого материала. Для удобства в стакане предусмотрена ручка 8 и съемное дно. Датчик изменения объема 9, со встроенным цифровым датчиком температуры, расположен вертикально на краю камеры. В нижней части датчика находится накидная гайка, которая позволяет снимать датчик с корпуса камеры для промывки его проточной водой.

Камера герметично закрывается крышкой 10 через резиновое кольцо, уложенное в паз, и прижимается осевым усилием, при помощи прижимных болтов 11. На крышке расположено контрольное отверстие для удаления воздуха из камеры, закрываемое пробкой 12. Доливка воды при подготовке испытаний производится через заливной патрубков 13, закрываемый пробкой 14.

На внутренней стороне крышки выполнена сферическая полость, которая способствует более полному удалению воздуха при заливке воды в камеру.

Внутри измерительной камеры, в её нижней части, находится соединительное отверстие, закрытое фильтром. Фильтр изготавливается путем сворачивания куска марли (бинта) в цилиндр, диаметром 10 мм и длиной 15 мм.

В приборе исполнения 2 с диапазоном измерения от 0 до 20 мм для установки нужного уровня воды в датчике объема на боковой стенке камеры расположен поршень 15, перемещаемый диском 16. Положение поршня определяется, визуально, по шкале 17.

Одна измерительная камера подключается непосредственно к электронному блоку, при наличии

дополнительных камер подключение осуществляется через соединительную коробку (рисунок 2).





Рисунок 2 - Соединительная коробка

Все металлические детали измерительной камеры изготовлены из нержавеющей стали.

### 4.3 Клавиатура

	<p>Используется для включения и выключения прибора (если прибор забыли выключить, он выключается автоматически через заданный интервал времени).</p>
	<p>Служит для перевода прибора в режим измерения.</p>
	<p>Назначение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• вход в главное меню из режима измерения;</li> <li>• вход и выход из пунктов главного меню и подменю.</li> </ul>
	<p>Служит для включения и выключения подсветки дисплея.</p>
	<p>Предназначены для навигации по меню прибора. Последовательно перемещают курсор между строками.</p>



	<p>Предназначены для управления курсором (мигающий знак, цифра и т.п.) в режиме установки рабочих параметров, а также для управления просмотром памяти результатов.</p>
	<p>Предназначены для изменения значений в режиме установки рабочих параметров.</p>
	<p>Сервисная клавиша, подключающая дополнительные функции (п. 3.6).</p>
	<p>Служит для сброса устанавливаемых параметров в начальное состояние и для удаления ненужных результатов.</p>

Более подробную информацию о назначении клавиш и дополнительных функциональных возможностях смотрите п. 3.5 «Система меню прибора» настоящего РЭ.



#### 4.4 Режимы работы

В приборе предусмотрен ручной запуск измерений, который происходит при нажатии клавиши **М**.

Экспресс оценка активности цемента предусматривает автоматическую обработку прибором только первых трех часов измерения контракции. Результаты измерений, полученные свыше трех часов, при обработке не учитываются (МИ 2486-98, МИ 2487-98).

#### 4.5 Система меню прибора


4.5.1 При включении питания прибора появляется кратковременное сообщение о версии прибора и предприятии-изготовителе, затем программа автоматически переходит в *главное меню*.



Требуемая строка в меню выбирается клавишами  $\uparrow$ ,  $\downarrow$  и выделяется темным фоном. Для перехода к работе с нужным пунктом меню необходимо выбрать его клавишей  $\uparrow$  или  $\downarrow$  и нажать клавишу  $F$ . Для возврата в главное меню повторно нажать  $F$ .

В нижней строке экрана, в зависимости от вида меню, высвечивается индикатор заряда батареи аккумуляторов, текущее время и дата, логотип USB-разъема при подключении прибора к компьютеру. Кроме того, в некоторых подменю нижние строки индикатора могут содержать подсказки по активным функциональным клавишам.

4.5.2 Пункт главного меню **Цемент** служит для выбора ожидаемой марки цемента и поставщика, если он известен.



В программу прибора заложено 7 групп поставщиков: 6 известных и 1 неизвестный (МИ 2486-98), каждый из которых имеет свое значение дополнительной поправки  $\Delta V$  контракции на торможение. В зависимости от выбранного поставщика перед испытанием соответствующая

величина поправки будет автоматически добавлена к измеренной прибором контракции исследуемой пробы цементного материала, если во время проведения измерения будет обнаружено торможение. Более подробно об эффекте торможения контракции в п. 4.6. Режим измерений.

Цемент  
Ожидаемая марка  
**Поставщик**

17:41

F



Поставщик:  
Щуровский  
Ульяновский  
Искитимский  
 $\Delta\Delta V=1.1\text{см}^3$   
[▲▼]изменить



Поставщик:  
Мордовский  
 $\Delta\Delta V=1.2\text{см}^3$   
[▲▼]изменить



Поставщик:  
Старооскольский  
Белгородский  
 $\Delta\Delta V=1.3\text{см}^3$   
[▲▼]изменить




Поставщик:  
Спасский  
 $\Delta\Delta V=1.4\text{см}^3$   
[▲▼]изменить



Поставщик:  
Брянский  
Фокинский  
Мальцевский  
Серебряковский  
 $\Delta\Delta V=1.5\text{см}^3$   
[▲▼]изменить









Поставщик:  
Сухоложский  
Новороссийский  
 $\Delta\Delta V=1.6\text{см}^3$   
[▲▼]изменить



Поставщик:  
ДРУГОЙ  
 $\Delta\Delta V=1.3\text{см}^3$   
[▲▼]изменить

4.5.3 Пункт главного меню служит для установки параметров испытания.

Параметры:	
Масса цем. $C_0$ , г	500
Длительн., ч:м	3:00
Период, с	10
Объем выборки	1000
Козф. объема	1.00
[↑↓←→]выбор [▲▼]измен.	

Переход на нужную строку дисплея осуществляется клавишами  и , передвижение курсора внутри строки – клавишами  и , а изменение значения цифры, на которой стоит курсор, осуществляется клавишами  и .

Параметр «**Масса цемента  $C_0$** » указывает содержание цемента (в граммах) в стакане. Этот параметр позволяет прибору после окончания испытания контракцию цемента  $\Delta V_{C03}$  массой  $C_0$  автоматически пересчитать в контракцию  $\Delta V_{1кз}$  цемента массой 1000 г по формуле (1)

$$\Delta V_{1кз} = \frac{1000}{C_0} \cdot \Delta V_{C03} . \quad (1)$$

Параметр «**Длительность**» позволяет задать время процесса измерения, в течение которого электронный блок будет опрашивать датчики. Значение этого параметра изменяется кратно 5 минутам от 5 минут до 8 часов.

Параметр «**Период**» позволяет установить временной интервал между опросами. Значение этого параметра изменяется кратно 5 секундам от 5 до 20 секунд.

Параметр «**Объем выборки**» пересчитывается автоматически при изменении длительности и периода измерений, и показывает количество точек

отсчетов по каждому датчику. Максимальное число отсчетов – 4320.

Если значения параметров «Длительность» и «Период» выбраны таким образом, что «Объем выборки» получился больше 4320, то при выходе из меню «Параметры» программа автоматически увеличит период до оптимального значения.

Параметр **«Коэффициент объема»** позволяет скорректировать величину контракции за 3 часа у цементных материалов, активность которых отличается от значений, приведенных в таблице А.2 методики измерения МИ 2487-98. Диапазон изменения коэффициента  $0,20 \div 2,00$ .

Наличие определенных добавок или изменение в технологии изготовления цемента (изменение тонкости помола и др.) может приводить к увеличению контракции на начальном этапе твердения затворенного цементного теста без значительного увеличения его активности в проектном возрасте.

Данный коэффициент дает возможность уменьшить или увеличить измеренные объемные деформации материала, чтобы итоговая контракция соответствовала реальной активности цемента.

По умолчанию коэффициент равен 1,00.


4.5.4 Пункт главного меню **Архив** предоставляет доступ к подменю просмотра результатов измерений и ресурса памяти.

Архивная информация в подменю **«Просмотр»** хранится в виде списка, который отсортирован по времени проведения. В первой строке находится последнее измерение. Каждая строка содержит первичные данные – дату, время начала регистрации и длительность. При необходимо


сти ненужный результат можно удалить клавишей **С**.




**F**



Войти в архив измерения можно с помощью клавиши **М**.



**M**




Навигация в режиме просмотра конкретного измерения осуществляется теми же клавишами, что и в режиме измерения (п. 4.6).

В подменю **«Ресурс памяти»** находятся данные о количестве свободной памяти. Рекомендуется всю информацию о проведенных испытаниях сохранять на компьютере при помощи программы связи (Приложение А), так как при переполнении памяти новая информация будет записываться поверх предыдущей и самые первые измерения, которые стоят в конце списка архива станут недоступными.




**F**



Нажатием клавиши **С** в этом подменю можно принудительно очистить всю память прибора.

4.5.5 Пункт главного меню **Сервис** позволяет через соответствующие подпункты:




- выбирать вид элементов питания (режим «Батарея» применяется для использования элементов питания до полного их разряда, а в режиме «Аккумулятор» при разряде сверх допустимого уровня работа прибора блокируется и появляется сообщение – «Зарядить АКБ»);
- устанавливать или корректировать дату и время;
- выбирать русский или английский язык текстовых сообщений;
- просмотреть краткие сведения о данной разработке и предприятии-изготовителе;
- задавать интервал времени (от 5 до 30 мин.), по истечении которого прибор самостоятельно отключится, при условии, что не активен режим измерения;
- проводить калибровку прибора;
- просмотреть параметры измерительной камеры (текущее значение объема и температуры воды в камере, значение градуировочного коэффициента, серийный номер измерительной камеры и дату калибровки).

Значение градуировочного коэффициента, серийный номер и дата калибровки хранится во внутренней памяти измерительной камеры.

Кроме того, значения градуировочного коэффициента также приведено в п. 12.2 данного РЭ.

```
Источник питания
Дата и время
Язык (Language)
0 приборе
Автоотключение
Калибровка
Параметры камеры
[←] [→] 11:44
```



```
Параметры камеры:
V, мл +8.307
T°C +25.6
Kгр +2.790E+01
С.Н. 000002 27.07.09
[F]выход
```

#### 4.6 Режим измерений

Прибор переводится в режим измерения нажатием клавиши **(M)** из всех состояний, кроме случая, когда активно меню просмотра результатов.

Первым нажатием прибор переводится в *режим выбора канала измерения* с отображением текущих значений объема и температуры воды в подключенных измерительных камерах.

```
Кн
1▶ +0.000мл +25.8°C
2 -0.001мл +25.5°C
3 +0.000мл +25.6°C

[M]начать регистрацию
[C]уст. ноль
[F]выход [↑↓]выбор
```

Если в этот момент к электронному блоку подключены на все измерительные камеры или будет отсутствовать контакт в разъеме, то программа выдаст сообщение: «НЕТ КАМЕРЫ».

```
Кн
1▶ +0.001мл +26.4°C
2 нет камеры
3 -0.003мл +26.0°C

[M]начать регистрацию
[C]уст. ноль
[F]выход [↑↓]выбор
```



Для того чтобы запустить процесс регистрации в подготовленной к измерению камере, необходимо клавишами  $\uparrow$  и  $\downarrow$  выбрать нужный канал (помечается треугольным курсором) и нажать клавишу  $M$ .

Процессы регистрации в каждом канале запускаются независимо друг от друга.

```

КН
1▶ +0.001мл +26.4°C
2 нет камеры
3 -0.003мл +26.0°C

[M]начать регистрацию
[C]уст.ноль
[F]выход[↑↓]выбор
    
```

$M$

→

```

КН
1▶ ██████████ 1% №10
2 +0.001мл +26.7°C
3 +0.000мл +26.7°C

[M]просмотр
[F]выход[↑↓]выбор
    
```

После запуска процесса регистрации в строке выбранного канала появится линейка прогресса, время работы, выраженное в процентах, и номер, под которым этот процесс будет записан в архив результатов прибора.

При необходимости нажатием клавиши  $C$  в выбранном канале можно принудительно обнулить показания датчика изменения объема. Из режима выбора каналов измерения в главное меню выходят по клавише  $F$ .

```

КН
1▶ +1.716мл +27.2°C
2 -0.001мл +27.1°C
3 +0.000мл +27.0°C

[M]начать регистрацию
[C]уст.ноль
[F]выход[↑↓]выбор
    
```

$C$

→

```

КН
1▶ +0.000мл +25.8°C
2 -0.001мл +25.5°C
3 +0.000мл +25.6°C

[M]начать регистрацию
[C]уст.ноль
[F]выход[↑↓]выбор
    
```

Подготовив в порядке очереди оставшиеся камеры и подключив их к электронному блоку, можно запустить процессы измерения в других каналах.

```

КН
1 [ ] 3% №10
2 ▶ +0.000мл +27.3°C
3 -0.001мл +27.1°C

[M]начать регистрацию
[C]уст. ноль
[F]выход[↑↓]выбор

```

(M)  
→

```

КН
1 [ ] 4% №10
2 [ ] 0% №11
3 -0.001мл +27.2°C

[M]просмотр
[F]выход[↑↓]выбор

```

Для того чтобы войти в запущенный процесс измерения и посмотреть детальную информацию, необходимо, находясь в режиме выбора каналов измерения, выбрать нужный канал и нажать клавишу (M).

```

КН
1 ▶ [ ] 10% №10
2 [ ] 6% №11
3 +0.020мл +27.8°C

[M]просмотр
[F]выход[↑↓]выбор

```

```

КН ΔV T
1 +0.693мл +28.6°C
[ ] 10% №10

[C]параметры
[M]графики
[F]выход[ALT]дополн.
9 окт 2009 15:26

```

Во время регистрации процесса информация с датчиков объема и температуры индицируется в текстовом и графическом виде. В текстовом режиме отображается текущее значение температуры и контракции, линейка прогресса, номер измерения, дата и время. Переключение между текстовым и графическим режимами индикации осуществляется клавишей (M).


```

КН ΔV T
1 +0.693мл +28.6°C
[ ] 10% №10


[C]параметры
[M]графики
[F]выход[ALT]дополн.
9 окт 2009 15:26

```


(M)  
↔



В графическом режиме можно просмотреть процесс изменения контракции цемента  $\Delta V$  и температуры воды  $T$  по отдельности. Переключение между графиками осуществляется клавишей **(C)**.




**(C)**  
↔




Положением вертикального курсора можно управлять клавишами **(←)** и **(→)**. Движение курсора вдоль оси времени ускоряется при удержании данных клавиш в нажатом состоянии.

Слева по центру экрана располагается информация о том, какой процесс выведен на индикатор ( $\Delta V$  – контракция,  $T$  – температура). Число, стоящее под названием графика соответствует текущему положению курсора.

В графическом режиме для быстрого перемещения курсора из начальной точки графика в его конец предназначена клавиша **(ALT)**. Повторное нажатие этой клавиши вернет курсор в начало процесса.



**(ALT)**  
↔



Во время регистрации продолжительность процесса измерения может быть увеличена, с шагом 15 минут, через соответствующий пункт меню (см. далее).

В текстовом режиме при нажатии клавиши **(C)** можно просмотреть сводную информацию о параметрах испытания и установить значение параметра **C<sub>0</sub>** (масса цемента в стакане), которое потребуется прибору для вычисления контракции 1000 г цемента по формуле 1 (п. 3.5.3).

```

Кн   ΔV       T
1    +0.693мл +28.6°C
    [█] 10%   №10

[C]параметры
[M]графики
[F]выход[ALT]дополн.
 9 окт 2009   15:26
  
```

**(C)**

↔

```

Параметры:
Масса цем. C0, г  5 20
Длительн. ,ч:м    3:00
Период ,с         5

[↔]выбор[▲▼]измен.
[C]вернуться
  
```

Клавишами **(←)** и **(→)** выбирается нужный разряд параметра, а изменение значения осуществляется клавишами **(▲)** и **(▼)**.

### Примечание.

*Изменить значение параметра **C<sub>0</sub>** в приборе можно только в течение процесса регистрации. По окончании времени измерения прибор автоматически произведет вычисления с установленным значением **C<sub>0</sub>**, даже если оно будет не верным.*

*Скорректировать результат измерения после этого можно будет только в сервисной программе (Приложение А).*

Согласно методике МИ 2486-98 при измерении контракции за 3 три часа могут иметь случаи ее торможения (значения контракции  $\Delta V_0$  за 3 часа на 1000 г цемента могут находиться в диапазоне 1-2,8 мл). Поэтому при появлении эффекта торможения к измеренной прибором контракции необходимо добавить поправку на торможение  $\Delta\Delta V$ , значение которой зависит от поставщика (п. 4.5.2).

После обработки результатов измерения, если прибором будет обнаружен вышеописанный эффект, то данная операция будет проделана автоматически.

При измерении контракции цемента рекомендуется поддерживать температуру рабочей жидкости в камере в диапазоне плюс  $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ . Если поддержание температуры на требуемом уровне не обеспечивалось, то к контракции, измеренной прибором, необходимо добавить температурную поправку  $\Delta V_T$ , вычисляемую по формуле (2)

$$\Delta V_T = \begin{cases} (18 - T) \cdot 0,08 & \text{при } T < 18^\circ\text{C} \\ (22 - T) \cdot 0,08 & \text{при } T > 22^\circ\text{C} \end{cases}, \quad (2)$$

где  $T$  – средняя температура окружающей среды в течение 3 часов, когда производилось испытание.

Таким образом, итоговая контракция  $\Delta V_0$  1000г цемента за 3 часа вычисляется по формуле (3):

$$\Delta V_0 = \Delta V_{1К3} + \Delta\Delta V + \Delta V_T, \quad (3)$$

где  $\Delta V_{1К3}$  – контракция 1000 г цемента за три часа, определенная по формуле (1);

$\Delta\Delta V$  – значение поправки контракции при условии появления эффекта торможения;

$\Delta V_T$  – значение температурной поправки.

По завершении 3 часов измерения процесс регистрации автоматически завершается. На дисплей прибора выводятся результаты испытания (контракция  $\Delta V_0$  и активность  $R$ ), которые при нажатии клавиши **F** сохраняются в память прибора.

```

Результаты: №5
КОНТР. ΔV1кЗ ,мл 1.93
ПОПР. ΔΔV ,мл 1.30
ПОПР. ΔVT ,мл -0.32
И. КОНТР. ΔVo ,мл 2.91
Активн. R28 ,МПа 39.9
[С]параметры
[М]графики[F]выход

```

Прибор выводит активность  $R_{28}$  цемента только в возрасте 28 суток нормального твердения. Определение активности цемента по его контракции за 3 часа производится по МИ 2487-98.

Более подробные данные можно получить после передачи данных в сервисную программу (Приложение А).

Выйти из режима просмотра детальной информации запущенного процесса измерения можно, нажав клавишу **F**.

```

Кн ΔV T
1 +0.693мл +28.6°C
  █ 10% №10
[С]параметры
[М]графики
[F]выход[ALT]дополн.
9 окт 2009 15:26

```

**F**  
→

```

Кн █ 19% №10
1 █ 15% №11
2 +0.020мл +26.9°C
3
[М]просмотр
[F]выход[↑↓]выбор

```

Процесс регистрации можно остановить самостоятельно, нажав клавишу **ALT**. При этом программой будет предложено несколько вариантов действий:

```

Кн ΔV T
1 +0.693мл +28.6°C
  █ 10% №10
[С]параметры
[М]графики
[F]выход[ALT]дополн.
9 окт 2009 15:26

```

**ALT**  
→

```

Измерение:
+15 минут
  █ ПРОДОЛЖИТЬ
  ЗАВЕРШИТЬ
  УДАЛИТЬ
[↑↓]выбор[F]выполнить

```

– +15 минут – увеличение длительности измерения и возврат в режим регистрации;

- *продолжить* – возврат в режим регистрации;
- *удалить* – удаление собранной информации и возврат в режим предварительного измерения;
- *сохранить* – обработка собранной информации и сохранение в архиве.

#### 4.7. Память результатов

4.7.1 Прибор оснащен памятью для долговременного хранения 126 результатов испытаний и условий их выполнения, которые заносятся в память подряд, начиная с 1 номера.

4.7.2 Результат испытаний содержит две кривых: изменения контракции и температуры.

4.7.3 Результаты можно просматривать на дисплее электронного блока прибора. Вход в режим просмотра осуществляется из соответствующего пункта главного меню «**Архив**» (п. 3.5.4). Навигация осуществляется теми же клавишами, что и в режиме измерения.

4.7.4 При переполнении памяти автоматически удаляется самый старый результат с заменой его на новые данные.

Можно удалить все результаты, используя меню «**Ресурс памяти**».

4.7.5 Выход из просмотра результатов производится нажатием клавиши **F**.

4.7.6 Любой результат можно удалить нажатием клавиши **C**.

## 5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 По способу защиты человека от поражения электрическим током прибор соответствует классу III ГОСТ 12.2.007.0 и не требует заземления.


5.2 К работе с прибором должны допускаться лица, изучившие настоящее РЭ.

5.3 Прибор не содержит компонентов, опасных для жизни и здоровья людей.

## **6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ**

### **6.1. Включение прибора**

При эксплуатации прибора можно пользоваться аккумуляторами, которые предварительно следует зарядить (п. п. 8.5, 8.6) или блоком питания 5В, который подключается к USB-разъему, расположенному на верхнем торце корпуса электронного блока. Прибор также может работать от кабеля связи USB, если он подключен к компьютеру.

Включение прибора производится нажатием клавиши , при этом на дисплее кратковременно появится информационное сообщение, а затем главное меню. Если при включении прибора, который питается от аккумуляторов, на дисплее появляется сообщение о необходимости их заряда, или если прибор не включается, то следует произвести заряд аккумуляторов в соответствии с п. 8.7 или воспользоваться для работы с прибором сетевым блоком питания.

При первом включении прибора необходимо произвести установку или коррекцию времени и даты.

### **6.2 Подготовка прибора к работе**

6.2.1 Перед началом испытания внутренние стенки стакана покрыть тонким слоем смазки (эмульсол, солидол) и вставить дно.

6.2.2 Подготовить исследуемое цементное тесто нормальной густоты объемом 500 мл.



Нормальную густоту **НГ** цементного теста (формула 4) характеризуют количеством воды **W** затворения, выраженным в процентах от массы цемента **C**

$$НГ = \left( \frac{W}{C} \right)_{НГ} \cdot 100\% . \quad (4)$$

Водоцементное отношение цементного теста нормальной густоты  $\left( \frac{W}{C} \right)_{НГ}$  определяют по сертификату или прибором Вика согласно ГОСТ 310.3-76.

Для примерного приготовления нужного объема испытуемой пробы материала необходимо взять 800 г цемента.

Расход воды **W** (мл, г) определить по формуле (5)

$$W = \left( \frac{НГ}{100\%} + 0,05 \right) \cdot C , \quad (5)$$

где масса цемента  $C = 800$  г.

**Примечание.**

*Температура проб цемента и воды для затворения предварительно доведена до плюс  $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ . Воду перед применением рекомендуется вскипятить для удаления из нее избытка растворенного кислорода.*

6.2.3 Вычислить общую массу подготовленного цементного теста **M** (г) по формуле (6)

$$M = C + W . \quad (6)$$

6.2.4 Уложить цементное тесто в стакан таким образом, чтобы поверхность помещенной пробы на  $2 \div 3$  мм не доходила до краев стакана.

6.2.5 Уплотнить смесь на лабораторной виброплощадке. Уплотнение завершить, когда интенсивное выделение мелких пузырьков воздуха на поверхности цементного теста сменяется их редким появлением.

6.2.6 Определить содержание цемента  $C_0$  в стакане.

Для этого необходимо взвесить оставшуюся часть цементного теста  $m$  (г), и массу цемента  $C_0$  в стакане вычислить по формуле (7)

$$C_0 = \left(1 - \frac{m}{M}\right) \cdot C. \quad (7)$$

6.2.7 Подключить измерительную камеру к одному из разъемов (К1, К2 или К3) соединительной коробки (рисунок 2), которая в свою очередь посредством соединительного кабеля должна быть подключена к разъему 6 электронного блока.

6.2.8 Включить прибор и установить параметры испытания согласно п.п. 6.3.3 и 6.3.4.

6.2.9 Однократным нажатием клавиши **(M)** войти в *режим выбора каналов и предварительного измерения*. Выбрать нужный канал, к которому подключена измерительная камера.

```
КН
1▶ +5.009мл +25.4°C
2 нет камеры
3 нет камеры

[M]начать регистрацию
[C]уст. ноль
[F]выход[↑↓]выбор
```

6.2.10\* Вращая диск 16, установить поршень 15 в среднее положение, контролируя его положение по шкале 17.

\* - для прибора исполнения 1 (диапазон измерения от 0 до 5 мл) данная операция не выполняется

6.2.11 Открутить прижимные болты 11, снять крышку 10, проверить наличие марлевого фильтра и налить воду в измерительную камеру до уровня 5 мм. Наличие пузырьков в воде не допускается.

6.2.12 Опустить стакан в камеру и повернуть на 1÷2 оборота, чтобы удалить защемленный воздух из-под стакана.

6.2.13 Снять пробку 12, закрыть камеру крышкой 10, предварительно убедившись, что большое резиновое кольцо плотно уложено в торцевой паз на корпусе. Закрутить прижимные болты 11.

6.2.14 Аккуратно, по стенкам заливного патрубка 13 залить воду в камеру, контролируя появление воды через отверстие в крышке.

6.2.15 Покачать камеру во всех плоскостях, удалив воздух из камеры через контрольное отверстие на крышке.

6.2.16 Закрутить пробку 12.

6.2.17 Заполнить заливной патрубком водой до края и закрутить пробку 14. Излишки воды удалить тканевой салфеткой.

6.2.18 Нажать клавишу **С** и установить «0» измерения объема.

6.2.19 Нажать клавишу **М** и начать регистрацию.

После начала регистрации категорически **ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВРАЩАТЬ** диск 16, в противном случае результат измерения контракции будет **НЕВЕРНЫМ!!!**

6.2.20 **ВНИМАНИЕ! Общая продолжительность указанных выше операции, начиная с затворения цемента до запуска процесса измерения, не должна превышать 10 мин.**

Для экономии времени при подготовке прибора к испытанию, разрешается операции п. 6.2.6. выполнить после запуска процесса измерения.

6.2.21 Во время проведения испытания температурой окружающей среды рекомендуется поддерживать в пределах плюс  $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ .

6.2.22 Для подготовки дополнительных измерительных камер необходимо повторить операции, описанные в п.п. 6.2.1÷6.2.17.

6.2.23 Не рекомендуется использовать прибор без применения марлевого фильтра.

### 6.3 Выполнение измерений

6.3.1 Подготовить цементное тесто и измерительную камеру согласно п. 6.2.

6.3.2 Включить прибор и подключить измерительную камеру к электронному блоку через соединительную коробку.

6.3.3 Войти в пункт меню **Цемент**, выбрать ожидаемую марку цемента и поставщика. Если поставщик неизвестен, то выбрать значение «Другой».

6.3.4 Войти в пункт главного меню «Параметры» и задать параметры испытания:

- установить длительность (рекомендуемое значение 3 часа);
- установить период отсчетов (от 5 до 20 с);
- массу цемента  $C_0$  (6.2.6) можно установить уже после запуска процесса измерения;
- при первичной проверке партии цемента коэффициент объема оставить без изменений равным 1,00.

Параметры:	
Масса цем. $S_0$ , г	500
Длительн., ч:м	3:00
Период, с	10
Объем выборки	1000
Козф. объема	1.00
[↑↓←→]выбор [▲▼]измен.	

### Примечание.

Для того, чтобы прибор корректно произвел измерения контракции  $\Delta V_0$  и активности  $R_{28}$  цемента необходимо ввести правильное значение  $S_0$  до окончания процесса измерения. После автоматической обработки данных прибор записывает их в память без возможности коррекции. В противном случае неверный результат можно будет исправить только в сервисной программе (Приложение А).

6.3.5 Запустить процесс измерения двойным нажатием клавиши **(M)**.

В процессе измерения можно следить за текущими данными, поступающими с датчиков, на экране электронного блока. Навигация в режиме измерения описана в п. 4.6.

6.3.6 Для запуска процесса регистрации во втором и третьем канале необходимо повторить операции, описанные в п.п. 6.3.1÷6.3.5.

6.3.7 По окончании испытания электронный блок автоматически обрабатывает результаты измерения, вычислит контракцию цемента  $\Delta V_0$  и его активность  $R_{28}$  в возрасте 28 суток нормального твердения (таблица А.2 МИ 2487-98). Промежуточные значения активности внутри диапазона вычисляются линейной интерполяцией.

Результаты:	№1
КОНТР. $\Delta V_{КЗ}$ ,мл	3.68
ПОПР. $\Delta V_T$ ,мл	-0.56
И. КОНТР. $\Delta V_0$ ,мл	3.12
Активн. $R_{28}$ ,МПа	43.0
[С]параметры	
[М]графики	
[F]выход	

Все данные можно сохранить в памяти комплекса для последующей передачи на компьютер, с целью более детального изучения, корректировки, составления отчета и распечатки.

6.3.8 Для повышения надежности результатов испытания рекомендуется обязательная компьютерная обработка данных, с целью исключения возможных погрешностей алгоритма вычисления, заложенного в программу прибора.

6.3.9. Если при значении параметра «Коэффициент объема» равным 1,00, многократные испытания партии цемента показывают, что контракция цемента за 3 часа, а соответственно и его активность  $R_{28}$ , получаются выше ожидаемых значений, то, изменив величину этого коэффициента, можно скорректировать результаты испытаний.

Например, первичные испытания цемента показывают контракцию за 3 часа  $\Delta V_0=4,4$  мл, что соответствует активности в возрасте 28 суток  $R_{28}=62,0$  МПа (МИ 2487-98 таблица А.2). При этом известно, что реальная контракция этой партии цемента равна 40 МПа, а, следовательно, контракция 1000 г этого материала должна быть равной 2,9 мл.

Находим отношение реальной контракции к измеренной  $2,9/4,4=0,66$ . Это значение будет являться поправочным коэффициентом объема для этой партии цемента, которое необходимо установить в меню «Параметры» перед следующим испытанием.

## 6.4 Завершение испытания

6.4.1 После окончания измерения и обработки результатов электронный блок выключить и отсоединить от кабеля.

6.4.2 Открутить пробки 12 и 14, снять крышку 10.

6.4.3 Достать стакан из камеры и аккуратно снять ручку 8.

6.4.4 Перевернуть стакан и надавить на его дно. Вынуть из стакана конический образец материала.

### **Примечание.**

*Во избежание поломки стакана запрещается наносить по нему удары молотком или другими металлическими изделиями.*

6.4.5 Вылить остатки воды из камеры.

6.4.6 Стакан, крышку и внутреннюю полость измерительной камеры промыть с помощью губки проточной водой.

**ВАЖНО!!! Избегать прямого попадания воды на пластиковый корпус датчика объема.**

6.4.7 Ветошью, насухо, протереть стакан, крышку и камеру. Поместить стакан внутрь камеры и закрыть крышкой.

6.4.8 Замена или промывка марлевого фильтра осуществляется 1 раз в 2 недели, либо через 10-15 измерений.

## 6.5 Вывод результатов на компьютер

Прибор оснащен стандартным USB-разъемом для связи с компьютером. Описание программы и работа с ней изложены в Приложении А.

## 7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ


7.1 Профилактический уход и контрольные проверки прибора проводятся лицами, непосредственно эксплуатирующими прибор.

7.2 Прибор необходимо содержать в чистоте, периодически протирать его от пыли сухой и чистой фланелью, оберегать от ударов.

7.3 При завершении измерений прибор необходимо очистить от пыли и частиц материала.

7.4 Не допускается вскрывать электронный блок, самостоятельно разбирать прибор и измерительный элемент в камере. В противном случае прекращается действие гарантийных обязательств.

7.5 Перед первым включением прибора необходимо зарядить аккумуляторы, входящие в комплект. Для этого необходимо вставить аккумуляторы в батарейный отсек, подключить прибор через блок питания 5В с разъемом USB к сети напряжением 220В. Включить прибор. Зарядка аккумуляторов начнется автоматически. Пиктограмма зарядки и значок внешнего источника питания располагаются в левом нижнем углу главного меню. По окончании заряда АКБ пиктограмма зарядки пропадет.



По окончании первого рабочего дня прибор необходимо поставить на полную зарядку в соответствии с п. 7.7.



7.6 Первую и последующие зарядки аккумуляторов можно проводить с помощью стандартного зарядного устройства, предназначенного для заряда Ni-MH-аккумуляторов емкостью 2500 мА\*ч.

7.7 При появлении на дисплее информации о разряде аккумуляторов необходимо их зарядить. Для этого включить прибор и подключить к его USB-разъему блок питания 5В, включенный в сеть 220 В или кабель USB, подключенный к USB-порту компьютера. Зарядка аккумуляторов начнется автоматически, о чем будет свидетельствовать пиктограмма зарядки. Перед зарядкой аккумуляторов необходимо убедиться в том, что в меню «Сервис» подменю «Источник питания» установлен режим «Аккумулятор». В подменю «Источник питания» появится сообщение о продолжительности заряда.

```
Источник питания:
    Внешний


Заряд аккумулятора:
осталось      1ч 46мин

[F]выход
```

```
Цемент
Параметры
Архив
Сервис
-----
[З+] [←→] 9:26
```

При интенсивной работе рекомендуется иметь запасной комплект заряженных аккумуляторов.

Допускается замена аккумуляторов на элементы типа АА. В этом случае для наиболее полного использования их энергии через пункт меню **Источник питания** необходимо выбрать режим «Батарея». Если этого не сделать, то при работе от блока питания 5В или порта USB компьютера будет включаться заряд, что может привести к неработоспособности прибора из-за вытекания электролита из элементов питания.

7.8 При плохой освещенности в приборе предусмотрена подсветка дисплея, включаемая клавишей .

7.9 Для снижения расхода энергии батарей рекомендуется включать прибор непосредственно перед измерениями и отключать сразу после их выполнения.

7.10 Если в процессе работы прибор перестает реагировать на нажатие клавиш и не отключается, необходимо открыть батарейный отсек, на пять секунд изъять один из аккумуляторов, вставить его обратно и снова проверить работоспособность прибора.

7.11 Если прибор не реагирует на клавишу включения питания, необходимо извлечь аккумуляторы из прибора, потереть контакты спиртом или зачистить мелкозернистой наждачной бумагой, снова установить их и проверить работоспособность. При отсутствии реакции прибора на включение следует зарядить аккумуляторы, имея в виду возможную полную или частичную утрату их емкости.

7.12 При эксплуатации прибора запрещается подвергать его высокочастотным вибрациям большой амплитуды.

**7.13 Категорически запрещается переносить измерительную камеру, удерживая ее за кабель связи с электронным блоком.**

7.14 При транспортировке прибора оберегать корпус электронного блока и измерительной камеры от внешних ударов и падения.

7.15 При всех видах неисправностей необходимо с подробным описанием особенностей их проявления обратиться к изготовителю за консультацией. Отправка прибора в гарантийный ре-

монтаж должна производиться с актом о претензиях к его работе.

7.16 Прибор является сложным техническим изделием и не подлежит самостоятельному ремонту. Гарантийные обязательства теряют силу, если пользователь нарушал заводские пломбы, прибор подвергался сильным механическим или атмосферным воздействиям или пользователь не соблюдал полярность включения элементов питания.

## **8 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ**

8.1 Маркировка прибора содержит:

- товарный знак предприятия - изготовителя;
- обозначение модификации прибора  
ЦЕМЕНТ-ПРОГНОЗ-2;
- порядковый номер прибора;
- дату выпуска.

8.2 На прибор, прошедший приемо-сдаточные испытания, ставится пломба. Пломба наносится на винт крепления корпуса в батарейном отсеке электронного блока.

## **9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ**

9.1 Хранят прибор в упаковке при температуре от 0°C до 45°C и относительной влажности воздуха не более 80 %.

9.2 Воздух в помещении для хранения не должен содержать пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов, примесей, вызывающих коррозию.

9.3 Транспортировать прибор можно любым закрытым видом транспорта в соответствии с пра-

вилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

## **10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых приборов требованиям технических условий. Гарантийный срок – 18 месяцев с момента продажи.

10.2 Гарантия не распространяется на элементы питания. Их выход из строя не является поводом для претензий.

10.3 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить ремонт прибора, если он выйдет из строя по вине изготовителя.

10.4. Гарантийные обязательства теряют силу, если пользователь нарушал заводские пломбы, прибор подвергался сильным механическим или атмосферным воздействиям или пользователь не соблюдал полярность включения элементов питания.

## 11 КОМПЛЕКТНОСТЬ

11.1 Блок электронный, шт.	1
11.2 Измерительная камера, шт.	—
11.3 Датчик ёмкостной от 0 до 5 мл, шт.	—
11.4 Датчик ёмкостной от 0 до 20 мл, шт.	—
11.5 стакан, шт.	—
11.6 Коробка соединительная, шт.	1*
11.7 Соединительный кабель, шт.	—
11.8 Аккумуляторы типа АА, шт.	2
11.9 Блок питания USB, 5В, шт.	1
11.10 Чехол, шт.	1
11.11 Руководство по эксплуатации, шт.	1
11.12 Программа связи с ПК, CD-диск	1
11.13 Кабель USB, шт.	1
11.14 Кофр, шт.	1**

---

\* при заказе более одной камеры

\*\* по заказу

# ПРОГРАММА СВЯЗИ ПРИБОРА ЦЕМЕНТ-ПРОГНОЗ С КОМПЬЮТЕРОМ

## Введение


Программа предназначена для переноса результатов измерений в компьютер, их сохранения, просмотра, анализа и корректировки, а также составления и печати отчета по выбранным результатам в виде таблиц и графиков. Связь прибора с компьютером осуществляется по стандартному USB-интерфейсу.

**Минимально необходимые требования к компьютеру:**


- Операционная система Windows 7/8/XP (32- или 64-разрядная).
- Наличие USB-интерфейса.
- Привод CD-ROM / DVD-ROM / Blue-ray.

## Инсталляция программы:

Для инсталляции программы нужно вставить прилагаемый компакт-диск с инсталляционной программой в привод компьютера, открыть его содержимое и запустить программу `сprognoz_1.x.exe`. Появится диалоговое окно приглашения в программу инсталляции:




После нажатия на кнопки «Далее» появится окно выбора пути установки программы – по умолчанию C:\ Program Files\ Interpibor\ CEMENT-PROGNOZ-1.0.




При желании пользователь может выбрать любой другой путь, нажав на кнопку «Обзор» и воспользовавшись стандартным диалоговым окном выбора каталога.

Для продолжения установки необходимо еще раз нажать кнопку «Далее». Появится окно выбора размещения программы в меню «Пуск\ Программы» ОС Windows.



По умолчанию название программы «ЦЕМЕНТ-ПРОГНОЗ-1.0» будет размещено в папке «Интерприбор», но при желании пользователь может выбрать любую из имеющихся на компьютере или создать новую.

После следующего нажатия кнопки «Далее» появится окно для окончательной проверки введенных данных.






В этом окне, как и в любом из предыдущих, можно нажать кнопку «Назад» для возвращения к предыдущему диалоговому окну и ввода других данных.

После нажатия на кнопку «Установить» в окне проверки введенных данных начнется копирование файлов.

По окончании установки появится окно с сообщением об успешном окончании инсталляции.



Для завершения программы установки нужно нажать кнопку «Завершить». Установка окончена.

### **Порядок работы с программой**



Подключить электронный блок к одному из USB-портов компьютера при помощи кабеля связи, входящего в комплект поставки.

Включить прибор.

### **ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!**


При первом подключении прибора к компьютеру операционная система найдёт новое устройство – CEMENT-PROGNOZ-1.0, для которого необходимо установить драйвер USB. На мониторе

появится «Мастер нового оборудования». Выберите пункт «Установка из указанного места» и нажмите кнопку «Далее».




В следующем окне отметьте действие: «Выполнить поиск наиболее подходящего драйвера в указанных местах» и выберете пункт «Включить следующее место поиска». В качестве источника для поиска драйвера, воспользовавшись кнопкой «Обзор», укажите директорию с драйвером USB,

который находится в папке, вместе с установленной основной программой связи ЦЕМЕНТ-ПРОГНОЗ-1.0 (по умолчанию C:\ Program Files\ Interpribor\ CEMENT-PROGNOZ-1.0.). Нажмите кнопку «Далее».




После этого операционная система найдёт драйвер и установит его. В завершение процедуры установки драйвера нажмите кнопку «Готово».





## ЗАПУСК ПРОГРАММЫ

Запустить программу «ЦЕМЕНТ-ПРОГНОЗ-1.0» (Пуск\ Программы\ Интерприбор\ ЦЕМЕНТ-ПРОГНОЗ-1.0). На мониторе появится окно программы с системой меню в верхней строке.













### *Создание нового и открытие существующего проектов*



Чтобы считать данные с прибора, сделать анализ и произвести распечатку на принтере, необходимо первоначально создать новый проект! Для этого нужно нажать иконку  или воспользоваться командой системы меню «Файл \ Новый», и задать имя проекта.

Если проект, с которым вы собираетесь работать, был создан ранее, то для его открытия следует нажать иконку  или воспользоваться командой системы меню «Файл\Открыть», и указать путь и имя существующего проекта.

После создание нового или открытия существующего проекта станут доступными следующие иконки:

-  – сохранить изменения, внесенные в проект;
-  – закрыть текущий проект;
-  – отменить все изменения до последнего сохранения проекта;
-  – удалить все записи из проекта;
-  – считать данные из прибора;
-  – сформировать отчет для печати;
-  – экспортировать данные в текстовый файл;
-   $\Delta V_{\text{CO}_3(t)}$  – вывести в окне графиков зависимость изменения контракции от времени  $\Delta V_{\text{CO}_3(t)}$ ;
-   $\Delta V_{1\text{K}_3(t)}$  – вывести в окне графиков зависимость изменения контракции от времени  $\Delta V_{1\text{K}_3(t)}$ ;
-   $T(t)$  – вывести в окне графиков зависимость изменения температуры воды от времени  $T(t)$ .

### *Считывание информации с прибора*

- запустить программу связи;
- включить питание прибора;
- подключить прибор к компьютеру с помощью USB - кабеля;
- нажать иконку  (или через меню Файл / Считать с прибора);
- для сохранения полученных данных нажать кнопку  (или через меню Файл / Сохранить).


При успешном считывании программа сравнит полученные данные с уже имеющимися в проекте. В проект будут добавлены только те из них, которых там не было, а совпадающие данные будут проигнорированы.

В строке состояния, которая находится в самом низу окна проекта, отображаются подсказки о назначении каждой иконки.

### Работа с данными

После считывания из прибора результаты измерений будут размещены на закладке «Данные», которая разбита на 5 основных полей.

Для более удобного восприятия графической информации программа позволяет назначить цвета графиков (команда системы меню «Вид \ Цвета графиков»).



Поле 1 – список измерений текущего проекта, которые можно выбирать для просмотра.

Поле 2 – список параметров, при которых проводилось выбранное измерение.


Поле 3 – в этом поле выводятся в виде текста результаты обработки данных просматриваемого измерения, разделенные по каналам.

Поле 4 – окно графического представления данных эксперимента. Позволяет просматривать каждый канал по отдельности.

Поле 5 – поле для внесения текстовых комментариев, соответствующих текущему измерению.

### *Корректировка результатов обработки*

Программа связи предусматривает внесение корректировки параметров испытания, если один или несколько из них были неверно установлены перед измерением.



При нажатии левой кнопки мышки на Поле 2 появится окно для изменения следующих параметров:


- изменить массу цемента в стакане  $C_0$ ;
- изменить ожидаемую марку цемента;
- изменить имя поставщика и значение дополнительной поправки на торможение контракции  $\Delta\Delta V$ ;
- изменить длительность твердения.

Для подтверждения внесенных изменений следует нажать кнопку «Применить» или «Отмена» — для выхода из окна редактирования без сохранения изменений.

Масштаб окна графиков автоматически выбирается таким, чтобы был полностью виден весь просматриваемый процесс регистрации. Если



необходимо рассмотреть какой-либо участок графика, нужный диапазон необходимо выделить левой кнопкой мыши (с левого верхнего угла в правый нижний угол).




После отпускания кнопки график автоматически перестроится, удалив лишние данные и увеличив масштаб оставшейся части во все окно.

При выборе участка графика левой кнопкой мыши с нижнего правого угла в верхний левый угол произойдет автоматическое уменьшение масштаба до полного появления графика.

Цвета графиков можно изменять, воспользовавшись командой системы меню «Вид \ Цвета графиков».

*Создание отчета*


При нажатии иконки создания отчета программой будет предложено выбрать нужные результаты измерений для распечатки, после чего появится режим предварительного просмотра, где будет показана таблица результатов, и графики изменения во времени контракции  $\Delta V_{Co3}$ .



### УСКОРЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ АКТИВНОСТИ ЦЕМЕНТА ПО ЕГО КОНТРАКЦИИ МИ 2486-98, МИ 2487-98

Параметры испытания	
Масса цемента в стакане $S_0$ , г	599
Длительность, ч:м	3:0
Период, с	5
Ожидаемая марка	неизв.
$\Delta\Delta V$ , мл (поставщик)	1,30
Длительность твердения, сут	28

Результаты испытания	
Контракция $\Delta V_{C03}$ , мл	1,37
Контракция $\Delta V_{1К3}$ , мл	2,29
Торможение	нет
Поправка на торможение $\Delta\Delta V$ , мл	
Средняя температура $T_{ср}$ , °C	22,3
Поправка на температуру $\Delta V_T$ , мл	-0,04
Итоговая контракция $\Delta V_0$ , мл	2,25
Активность R, МПа	31,6
Удельная контракция $\Delta V'$ , мл	0,028




Испытания провёл: \_\_\_\_\_

1

### Дополнительные возможности

При подключенном приборе к компьютеру, воспользовавшись командой системы меню «Связь \ Снимок экрана», можно считать картинку непосредственно с дисплея прибора.



Воспользовавшись командой системы меню «Таблицы \ Таблица активности» можно посмотреть всю таблицу А.2 из методики измерения МИ 2487-98 (Активность цемента по ГОСТ 310.4 в за-

висимости от контракции за три часа 1000 г цемента и длительности твердения).

Активность (МПа) 1000г цемента по ГОСТ 310.4 в зависимости от его контракции за 3 часа и длительности твердения

Длительность твердения в нормальных условиях, сутки

Контракция 1000 г цемента $\Delta V_0$ за 3 часа, мл	7	14	28	60	90	180	360
5.0	61,8	67,9	71,1	77,1	78,6	80,1	84,1
4.9	60,6	66,6	69,7	75,0	76,9	79,1	83,0
4.8	59,1	65,2	68,2	73,2	75,4	77,6	82,0
4.7	57,5	63,9	66,7	71,3	74,0	76,5	81,2
4.6	56,0	62,7	65,2	70,1	72,6	75,5	80,1
4.5	54,5	61,6	63,6	69,0	71,2	74,4	79,6
4.4	53,2	60,4	62,0	67,7	70,0	73,3	78,7
4.3	51,8	59,0	60,5	66,4	68,8	72,3	77,8
4.2	49,1	57,2	59,0	64,9	67,6	71,4	76,9
4.1	47,4	55,5	57,4	63,6	66,4	70,2	76,0
4.0	45,9	53,6	55,9	62,2	65,3	69,4	75,1
3.9	44,6	51,6	54,4	61,0	64,3	67,8	74,1
3.8	43,1	50,1	53,1	59,8	63,3	67,6	73,0
3.7	41,8	48,9	51,7	58,6	62,3	66,4	71,9
3.6	40,3	47,1	50,1	57,4	61,2	65,2	70,8
3.5	38,9	45,9	48,6	56,2	60,0	64,0	69,7
3.4	37,3	44,4	47,1	55,0	58,4	63,0	68,5
3.3	35,9	42,9	45,6	53,8	56,9	61,7	67,3
3.2	34,5	41,4	44,2	52,4	55,4	60,5	66,1
3.1	33,0	39,9	42,7	50,9	54,0	59,5	64,9
3.0	31,5	38,5	41,2	49,4	52,5	58,4	63,7
2.9	28,7	37,0	39,7	47,9	50,6	57,0	62,5
2.8	26,9	35,5	38,3	46,4	49,1	55,5	61,3
2.7	25,3	34,2	36,9	45,1	47,7	54,1	59,1
2.6	22,7	32,9	35,6	43,7	46,4	52,7	57,9
2.5	22,0	31,6	34,4	42,5	45,2	51,5	56,5
2.4	20,4	30,5	33,2	41,3	43,8	49,2	55,2
2.3	19,0	29,4	32,1	40,1	43,0	48,4	54,7
2.2	17,5	28,3	31,1	38,9	42,1	47,5	53,4
2.1	16,2	27,2	30,0	37,6	41,1	46,6	51,8
2.0	15,0	24,9	28,9	35,7	39,0	45,3	49,4

Закреть

Команда системы меню «Таблицы \ Таблица удельной контракции» позволяет посмотреть таблицу 2 из методики измерения МИ 2486-98 (Удельная текущая контракция  $\Delta V'$  цемента в зависимости от длительности твердения).

Удельная текущая контракция цемента (мл/г) в зависимости от длительности твердения

Длительность твердения в нормальных условиях, сутки

Контракция 1000 г цемента $\Delta V_0$ за 3 часа, мл	7	14	28	60	90	180	360
5.0	0,046	0,050	0,052	0,056	0,057	0,058	0,060
4.9	0,046	0,050	0,052	0,055	0,056	0,058	0,060
4.8	0,045	0,049	0,051	0,054	0,055	0,058	0,060
4.7	0,044	0,048	0,050	0,053	0,055	0,057	0,059
4.6	0,043	0,047	0,049	0,052	0,054	0,057	0,059
4.5	0,042	0,047	0,048	0,052	0,054	0,057	0,059
4.4	0,042	0,047	0,048	0,052	0,054	0,057	0,059
4.3	0,041	0,046	0,047	0,051	0,053	0,056	0,058
4.2	0,040	0,045	0,047	0,051	0,053	0,056	0,058
4.1	0,039	0,044	0,046	0,050	0,052	0,055	0,058
4.0	0,038	0,043	0,045	0,049	0,052	0,055	0,057
3.9	0,037	0,042	0,044	0,049	0,052	0,055	0,057
3.8	0,036	0,041	0,043	0,048	0,051	0,054	0,056
3.7	0,035	0,040	0,042	0,047	0,050	0,053	0,056
3.6	0,034	0,039	0,041	0,046	0,049	0,052	0,055
3.5	0,033	0,038	0,040	0,046	0,049	0,052	0,055
3.4	0,032	0,037	0,039	0,045	0,048	0,051	0,054
3.3	0,031	0,036	0,038	0,044	0,047	0,050	0,053
3.2	0,030	0,035	0,037	0,043	0,046	0,049	0,053
3.1	0,029	0,034	0,036	0,042	0,045	0,049	0,052
3.0	0,028	0,033	0,035	0,041	0,044	0,048	0,052
2.9	0,026	0,032	0,034	0,040	0,042	0,046	0,051
2.8	0,024	0,031	0,033	0,039	0,041	0,045	0,050
2.7	0,022	0,030	0,032	0,038	0,040	0,044	0,049
2.6	0,020	0,029	0,031	0,037	0,039	0,043	0,048
2.5	0,019	0,028	0,030	0,036	0,038	0,042	0,047
2.4	0,018	0,027	0,029	0,035	0,037	0,041	0,046
2.3	0,017	0,026	0,028	0,034	0,036	0,040	0,045
2.2	0,016	0,025	0,027	0,033	0,035	0,039	0,044
2.1	0,015	0,024	0,026	0,031	0,034	0,038	0,043
2.0	0,014	0,023	0,025	0,030	0,033	0,037	0,042

Закреть

Вспомогательное оборудование,  
используемое при поверке

