



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

DE.C.32.010.A № 44789

Срок действия до 15 декабря 2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Термометры инфракрасные Testo 805, Testo 826-T1, Testo 826-T2,
Testo 826-T3, Testo 826-T4, Testo 830-T1, Testo 830-T2

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Testo AG, Германия

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 48507-11

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП 1577-2011

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2011 г. № 6379

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства


Е.Р.Петросян
28.12.2011 г.



Серия СИ

№ 002831

www.rusgeocom.ru

Срок действия до 16 ноября 2021 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 16 ноября 2016 г. № 1676

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



С.С. Голубев

18 " 11 2016 г.